

PROTOCOL CASETA GASOS

Facultat de Veterinària

Ubicació

Està situat a la banda dreta de la Facultat, al jardí situat entre les aules 1 i 2 i el Deganat. Al costat del dipòsit de nitrogen líquid. S'ha d'accedir per la porta d'emergència de la planta baixa, davant de l'ascensor del Deganat.



Caseta de gasos.



Sortida accés caseta de gasos (Deganat)

Responsable Caseta de Gasos Facultat de Veterinària

Encarna Bautista. Tlf. 2817/ mail encarna.bautista@uab.cat

Simón Navarro. Tlf. 2675/mail simon.navarro@uab.cat

Funcionament

Gasos disponibles

- CO₂
- Hidrogen
- Heli
- N₂
- Oxigen
- Carbogen

Gasos pendents d'instal·lació (convocatòria de seguretat)

- Aire

Cas de necessitar un gas tècnic haurà de comunicar-se a l'Administració de Centre, la qual demanarà a la DAL el pressupost d'instal·lació del punt de connexió. Aquest anirà a càrrec del sol·licitant.

Una vegada instal·lat i connectat l'equip s'haurà de comunicar a la Gestió Econòmica per a la seva facturació.

Cada gas te instal·lades dos línies, en el moment d'esgotar-se la bombona d'una, automàticament entrarà en funcionament l'altre, per tal de garantir el subministrament de forma continuada. En aquest cas saltarà una alarma al SLiPI, on el personal (seguretat o personal del SLiPI) ho comunicarà als responsables per tal de tramitar un AD de reposició del gas esgotat.

Responsabilitat del responsable de la Caseta de Gasos de Veterinària

- Controlar el correcte funcionament de la instal·lació i atendre les incidències que es puguin produir.
- Fer l'AD per demanar els gasos.
- Organitzar el subministrament en els períodes de tancament de la UAB.
- Demanar pressupost i coordinar la revisió de manteniment anual.

Responsabilitat dels usuaris.

- Comunicar cas de fer un consum fora de l'habitual
- Comunicar qualsevol incidència (pèrdues, etc)
- Adjuntar a cada punt de connexió la fitxa de seguretat de cada gas facilitada per l'empresa instal·ladora (fitxes seguretat) o bé descarregar-les directament de la [web del instal·lador](#)

Prevenió de Riscos.

- Queda totalment prohibit fer servir flames per a la detecció de fuites. El mètode correcte seran esprais per a la detecció de fuites o aigua sabonosa. En cas de fuga tancar la vàlvula i avisar als responsables.
- Queda totalment prohibit desmuntar vàlvules o qualsevol peça de la instal·lació.
- Cas que el subministrament d'un gas al vostre equipament es realitzi de forma manual, l'última persona en sortir del laboratori haurà de comprovar el tancament de l'aixeta.