

Especificaciones Microscopio Electrónico de Transmisión TEM Jeol JEM-1400

Fabricante: Jeol Ltd. (Tokyo, Japan)

Año compra: 2005

Modelo: JEM-1400

Resolución: 0.4 nm a 120 kV

Voltaje de aceleración: 80–120 kV

Cámaras:

- CCD GATAN Orius
- CCD REDLAKE MegaPlus II

Portamuestras:

- Estándar de un sol eje
- GATAN 677 para 5 muestras

SMIDPRX